

## Buletin Nr 51 din 08.07.2016

### Tip anunturi: Invitație de prezentare a ofertelor

#### Licitație publică Nr. 16/01657

Autoritatea contractantă	Agentia Medicamentului și Dispozitivelor Medicale
Adresa	Korolenko 2/1, Chisinau
Telefon/fax	022 884348 022 884325
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziție	ANTOCI IVAN
Obiectul achiziției	Implanturi pentru osteosinteza coloanei vertebrale conform necesitatilor IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie pentru anul 2016
Cod CPV	38000000-5
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini	Korolenko 2/1, Chisinau, bloc C, et.1, ghișeul unic
Locul desfășurării procedurii de achiziție publică	Korolenko 2/1, Chisinau, bloc C, et.1, sala de ședință
Limba în care vor fi întocmite documentația standard/caietul de sarcini	De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitație pe suport de hârtie taxa de achitare constituie	200.00
<b>Rechizitele contului de achitare pentru documente:</b>	
Cont de decontare	33114001
Banca	Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial	MD13TRPAAA142310B010
<b>Rechizitele contului de garantare a ofertei:</b>	
Cont de decontare	33114001
Banca	Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial	MD08TRPCAA518410A004
<b>Rechizitele contului de garantare a contractului:</b>	
Cont de decontare	33114001
Banca	Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial	MD08TRPCAA518410A004
Termenul de depunere a ofertelor	29.07.2016 10:00
Termenul de desfășurare a procedurii de achiziție publică	29.07.2016 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
<http://etender.gov.md/proceduricard?pid=13732225>

## INVITAȚIE LA LICITAȚIE PUBLICĂ

**Denumirea autorității contractante:** Agentia Medicamentului și Dispozitivelor Medicale  
**Tip procedură achiziție:** Licitație publică  
**Obiectul achiziției:** Implanturi pentru osteosinteza coloanei vertebrale conform necesitatilor IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2016  
**Cod CPV:** 38000000-5

**Data publicării anunțului de intenție:** Nu e specificată

Această invitație la procedură de achiziție este urmarea anunțului de participare publicat în Buletinul Achizițiilor Publice Nr.: 51 din 08.07.2016.

În scopul achiziționării "Implanturi pentru osteosinteza coloanei vertebrale conform necesitatilor IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2016"

conform necesităților autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2016 este alocată suma necesară din sursa alocațiilor: CNAM

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor Bunuri:

Listă: Bunuri și specificații tehnice

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
I		Implante spinale. Instrumentatie pediculara occipito - cervico - toraco - lombara.			
1.1	38000000-5	Tija longitudinală	Bucată	24.00	Cu următoarele caracteristici: Diametrul 6.0mm, lungimea 120mm, Caracteristicile tije: 1.un capăt hexagonal pentru rotație 2.compatibil CT (tomografia computerizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară) 3.culoare nereflectoare la lumină pentru o identificare ușoară De consistență medie-tare pentru fracturi și patologii degenerative; Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI. Standard de referință: CE, ISO 13485
1.2	38000000-5	Tija longitudinală	Bucată	18.00	Cu următoarele caracteristici: Diametrul 6.0mm, lungimea 200mm Caracteristicile tije: 1.un capăt hexagonal pentru rotație 2.compatibil CT (tomografia computerizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară) 3.culoare nereflectoare la lumină pentru o identificare ușoară De consistență medie-tare pentru fracturi și patologii degenerative; Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI. Standard de referință: CE, ISO 13485
1.3	38000000-5	Tija longitudinală	Bucată	8.00	Cu următoarele caracteristici: Diametrul 6.0mm, lungimea 400mm Caracteristicile tije: 1.un capăt hexagonal pentru rotație 2.compatibil CT (tomografia computerizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară) 3.culoare nereflectoare la lumină pentru o identificare ușoară De consistență medie-tare pentru fracturi și patologii degenerative; Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI. Standard de referință: CE, ISO 13485.
1.4	38000000-5	Tija longitudinală	Bucată	4.00	Cu următoarele caracteristici: Diametrul 6.0mm, lungimea 200mm Caracteristicile tije: 1.un

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.4	38000000-5	Tija longitudinală	Bucată	4.00	capăt hexagonal pentru rotație 2.compatibil CT (tomografia compiuterizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară) 3.culoare nereflectoare la lumină pentru o identificare ușoară De consistență tare pentru diformități; Material: aliaj din Vitallium - 65% cobalt, 30% chromium, 5% molybdenum. Standard de referință: CE, ISO 13485.
1.5	38000000-5	Tija longitudinală	Bucată	4.00	Cu următoarele caracteristici: Diametrul 6.0mm, lungimea 400mm Caracteristicile tije: 1.un capăt hexagonal pentru rotație 2.compatibil CT (tomografia compiuterizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară) 3.culoare nereflectoare la lumină pentru o identificare ușoară De consistență tare pentru diformități; Material: aliaj din Vitallium - 65% cobalt, 30% chromium, 5% molybdenum. Standard de referință: CE, ISO 13485
1.6	38000000-5	Tija longitudinală	Bucată	4.00	u următoarele caracteristici: Diametrul 3.5 mm, lungimea 160mm Caracteristicile tije: 1.compatibil CT (tomografia compiuterizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară) 2.culoare nereflectoare la lumină pentru o identificare ușoară De consistență medie-tare pentru fracturi și patologii degenerative; Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI. Standard de referinta: CE. ISO 13485.
1.7	38000000-5	Tija longitudinală	Bucată	8.00	Cu următoarele caracteristici: Diametrul 3.5 mm, lungimea 80mm Caracteristicile tije: 1.compatibil CT (tomografia compiuterizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară) 2.culoare nereflectoare la lumină pentru o identificare ușoară De consistență medie-tare pentru fracturi și patologii degenerative; Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI. Standard de referinta: CE, ISO 13485.
1.8	38000000-5	Tija longitudinală	Bucată	2.00	Cu următoarele caracteristici: Diametrul 3.5 mm, lungimea 160mm Caracteristicile tije: 1.un capăt hexagonal pentru rotație 2.compatibil CT (tomografia compiuterizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară) 3.culoare nereflectoare la lumină pentru o identificare ușoară De consistență tare pentru diformități; Material: aliaj din Vitallium - 65% cobalt, 30% chromium, 5% molybdenum. Standard de referinta: CE, ISO 13485.
1.9	38000000-5	Tija longitudinală hibrid	Bucată	2.00	Cu următoarele caracteristici: Diametrul hibrid: partea cervicala -- 3,5 mm Partea toracala – 6,0 mm,

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.9	38000000-5	Tija longitudinală hibrid	Bucată	2.00	Lungimea 240mm Caracteristicile tije: 1.compatibil CT (tomografia compiuterizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară) 2.culoare nerefectoare la lumină pentru o identificare ușoară De consistență medie-tare pentru fracturi și patologii degenerative; Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI. Standard de referinta: CE, ISO 13485.
1.10	38000000-5	Șurub pedicular poliaxial preasamblat cu piulița de blocare	Bucată	220.00	4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, 7,5 mm lungimea 25mm -60mm Caracteristicile șurubului: 1.Fixare pe tije de 6,0mm 2.Vârf rotund pentru diminuare riscului leziunii structurilor vasculare si neurale 3.Filet dublu (tip conical in treimea superioara si spongios in rest) 4.Parte filetata a corpului surubului cu 2 diametre pentru fixare mai sigura 5.Cu unghi variabil poliaxial nu mai puțin de 50 de grade 6.Colorate diferit pentru identificare simpla; 7.Compatibil CT (tomografia compiuterizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară) Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI Standard de referinta: CE, ISO 13485.
1.11	38000000-5	Șurub pedicular monoaxial cu brat lung preasamblat cu piulița de blocare	Bucată	80.00	Cu următoarele caracteristici: diametru 5,5mm, 6,5mm, lungimea 35mm -50mm Caracteristicile șurubului: 1.Fixare pe tije de 6,0mm 2.Vârf rotund pentru diminuare riscului leziunii structurilor vasculare si neurale 3.Filet dublu (tip conical in treimea superioara si spongios in rest) 4.Parte filetata a corpului surubului cu 2 diametre pentru fixare mai sigura 5.Cu unghi variabil poliaxial nu mai puțin de 50 de grade 6.Colorate diferit pentru identificare simpla; 7.Compatibil CT (tomografia compiuterizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară) Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI Standard
1.12	38000000-5	Șurub pedicular poliaxial tip cimentat preasamblat cu piulița de blocare și conector pentru introducerea cimentului	Bucată	30.00	Cu următoarele caracteristici: diametru 4,5mm, 5,5mm, 6,5mm, 7,5mm, lungimea 25mm -60mm Caracteristicile șurubului: 1.Fixare pe tije de 6,0mm 2.Vârf rotund pentru diminuare riscului leziunii structurilor vasculare si neurale 3.Filet dublu (tip conical in treimea superioara si spongios in rest) 4.Parte filetata a corpului surubului cu 2 diametre pentru fixare mai sigura 5.Cu unghi variabil poliaxial nu mai puțin de 50 de grade 6.Colorate diferit pentru identificare simpla; 7.Canulat, cu trei orificii laterale 8.Compatibil CT (tomografia compiuterizată) și RMN (rezonanță

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.12	38000000-5	Șurub pedicular poliaxial tip cimentat preasamblat cu piulita de blocare și conector pentru introducerea cimentului	Bucată	30.00	nucleară) Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI Standard de referinta: CE, ISO 13485.
1.13	38000000-5	Șurub sacro-iliac preasamblat cu piulita de blocare	Bucată	8.00	Cu următoarele caracteristici: diametru 7,5mm, 8,0mm, lungimea 60mm -100mm Caracteristicile șurubului: 1.Fixare pe tije de 6,0mm 2.Vârf rotund pentru diminuare riscului leziunii structurilor vasculare si neurale 3.Filet dublu (tip conical in treimea superioara si spongios in rest) 4.Parte filetata a corpului șurubului cu 2 diametre pentru fixare mai sigura 5.Cu unghi variabil poliaxial nu mai puțin de 50 de grade 6.Colorate diferit pentru identificare simpla; 7.Compatibil CT (tomografia computerizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară) Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI Standard
1.14	38000000-5	Șurub pedicular poliaxial preasamblat cu piulita de blocare	Bucată	40.00	Cu următoarele caracteristici: diametru 3,5mm, 4,0mm, lungimea 10mm -46mm Caracteristicile șurubului: 1.Fixare pe tije de 3,5mm 2.Vârf rotund pentru diminuare riscului leziunii structurilor vasculare si neurale 3.Filet dublu (tip conical in treimea superioara si spongios in rest) 4.Parte filetata a corpului șurubului cu 2 diametre pentru fixare mai sigura 5.Cu unghi variabil poliaxial nu mai puțin de 60 de grade 6.Colorate diferit pentru identificare simpla; 7.Compatibil CT (tomografia computerizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară) Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI Standard
1.15	38000000-5	Cross-link ajustabil poliaxial	Bucată	18.00	Cu următoarele caracteristici: Ajustabile, poliaxiale, cu 3 șuruburi de fixare; Fixare pe tija de 6,0mm Cross-link 35-65 mm Colorate diferit pentru identificare simpla; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI Standard de referinta: CE, ISO 13485.
1.16	38000000-5	Cross-link ajustabil poliaxial	Bucată	6.00	Cu următoarele caracteristici: Ajustabile, poliaxiale, cu 3 șuruburi de fixare; Fixare pe tija de 3,5mm Cross-link 35-65 mm Colorate diferit pentru identificare simpla; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI Standard de referinta: CE, ISO 13485.
1.17	38000000-5	Conector de tip "Domino"	Bucată	8.00	Cu următoarele caracteristici: Pentru conectarea tijelor de 6,0mm Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI Standard de referinta: CE, ISO 13485.
1.18	38000000-5	Conector de tip "Domino" hibrid	Bucată	2.00	Cu următoarele caracteristici: Pentru conectarea tijelor de 6,0mm cu tija de 3,5mm Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI Standard de

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.18	38000000-5	Conector de tip "Domino" hibrid	Bucată	2.00	referinta: CE, ISO 13485.
1.19	38000000-5	Conector lateral sacro-iliac	Bucată	8.00	Cu următoarele caracteristici: Pentru conectarea surubului sacro-iliac pe tija de 6,0mm Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI Standard de referinta: CE, ISO 13485.
1.20	38000000-5	Placa occipital preasamblata cu 2 piulitea de blocare	Bucată	6.00	Cu următoarele caracteristici: 5 orificii pentru suruburi occipitale 2 puncte de fixare poliaxiala pentru tije 3,5mm Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI Standard de referinta: CE, ISO 13485.
1.21	38000000-5	Surub occipital	Bucată	30.00	Cu următoarele caracteristici: Diametru 3,5mm lungimea 6mm-20mm Caracteristicile surubului: 1. Vârf rotund pentru diminuarea riscului 2. Colorite diferite pentru identificare simplă 3. Compatibil CT (tomografia compiuiterizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară) Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI Standard de referinta: CE, ISO 13485.
2		<b>Implante spinale. Cusca pentru fuziunea intersomatica lombara TLIF.</b>			
2.1	38000000-5	Cusca TLIF	Bucată	12.00	Cu următoarele caracteristici: lungimea 31 mm lățimea 11 mm înălțimea 7-8-9-10-11-12 mm Caracteristicile: 1.suprafața superioară și inferioară dințată pentru mai bună stabilitatea și aderență 2.compatibil CT (tomografia compiuiterizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară) 3.spațiu central pentru completarea cu material osos 4.marcheri radiologice pentru verificarea poziției implantului Material: cusca - polimer biocompatibil PEEK (polieter-etercetona) mecanism de fixare pe instrument de introducere implantului - aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI Standard de referință: CE, ISO 13485.
3		<b>Implante spinale. Cusca expandabila pentru fuziunea intersomatica cervicala ACIF.</b>			
3.1	38000000-5	Cusca ACIF	Bucată	12.00	Cu următoarele caracteristici: lungimea 15 mm lățimea 12 mm înălțimea 5-6-7-8 mm Caracteristicile: 1. suprafața superioară și inferioară dințată pentru mai bună stabilitatea și aderență 2. compatibil CT (tomografia compiuiterizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară) 3. spațiu central pentru completarea cu material osos 4. lama rotantă din titan, poziționată în mijlocul corpului cuștii, pentru fixarea stabilă. 5. Marcheri radiologice pentru verificarea poziției implantului Material: cusca - polimer biocompatibil PEEK (polieter-etercetona) lama - aliaj din

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
3.1	38000000-5	Cușca ACIF	Bucată	12.00	titan Ti - 6Al- 4V ELI Standard de referință: CE, ISO 13485.
4		<b>Ciment spinal.</b>			
4.1	38000000-5	Ciment radiopac de viscozitate înaltă (polymetilmetacrilat – PMMA) pentru vertebroplastie și augmentarea suruburilor pediculare	Bucată	30.00	Cu următoarele caracteristici: Timpul de mixare – 0,5min Timpul de așteptare – pînă la 5 min Timpul de aplicare – pînă la 7,5 min Timpul de întărire - pînă la 7,5 min Compoziție: Praf PMMA 24 gr, lichid 10ml Zirconium dioxid 45% Standard de referință: CE, ISO 13485.
5		<b>Set de biopsie și vertebroplastie.</b>			
5.1	38000000-5	Sistem pentru vertebroplastie și prelevarea intraoperatorie a biopsiei vertebrale	Bucată	40.00	Cu următoarele caracteristici: Diametru 8G, 11G, 13G Lungimea 100mm, 150mm Setul trebuie să conțină: 1 – ac cu gradare pentru penetrarea în corpul vertebral și introducerea cimentului, 1 – stilet solid pentru penetrarea în corpul vertebral 1 – canula speciala pentru prelevarea materialului de biopsie 1 – stilet cu gradație pentru evacuarea materialului de biopsie 1 – cap de protecția virfului ascuțit a acului Standard de referință: CE, ISO 13485.
6		<b>Tub-mesh pentru protezare neexpandabilă a corpurilor vertebrale</b>			
6.1	38000000-5	Tub-mesh	Bucată	5.00	Cu următoarele caracteristici: Diametru 10mm 25mm Lungimea 70mm, 100mm Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI Standard de referință: CE, ISO 13485.

**Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinației finale:**

livrarea marfii va avea loc doar la comanda beneficiarului în termen de pînă la 10 zile lucrătoare.

DDP - Franco destinație vămuit

**Documentele/cerințele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:**

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Cerințe suplimentare față de document	Obligativitatea
1	Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor și/sau serviciilor similare	3 ani	Da
2	Capacitatea minimă de producere sau echipamentele necesare	Nu se cere	Nu
3	Valoarea minimă (suma) a unui contract individual îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de ani)	Nu se cere	Nu
4	Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditare în sumă de minim (suma)	Nu se cere	Nu
5	Formularul informativ despre ofertant F3.3	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului	Da
6	Formularul ofertei F3.1	- original - potrivit modelului din secțiunea a 4-a (formular F 4.1; F 4.2; F 4.3), confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului;	Da
7	Garanția pentru ofertă F3.2	- original - prezentată în modalitatea prevăzută în IPO 15.1 confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului;	Da
8	Certificat de înregistrare a întreprinderii/Extras din registrul de stat al persoanelor juridice	- copie - emis de Camera Înregistrării de Stat (Ministerul Tehnologiei Informaționale și Comunicațiilor), confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului;	Da
9	Licența de activitate conform legislației	- copie (dacă activitatea se licențiază în domeniul dat) -	Da

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Cerințe suplimentare față de document	Obligativitatea
		confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului;	
10	Certificat de atribuire a contului bancar	- copie - eliberat de banca deținătoare de cont; confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului;	Da
11	Certificat de efectuare regulată a plății impozitelor, contribuțiilor	- copie - eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului – conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova), confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului;	Da
12	Ultimul raport financiar/situație financiară	- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului;	Da
13	Autorizație de la producător sau certificat de desemnare în calitate de distribuitor oficial	- copia originalului - confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului;	Da
14	Certificat de calitate internațională ISO 13485 valabil	- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului;	Da
15	Certificat de conformitate CE valabil pentru produsul/produsele ce fac obiectul achiziției.	- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului;	Da
16	Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal) original	- confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului;	Da
17	Declarația privind situația personală a operatorului economic (F3.5)	-original- conform formularului F3.5 din Documentația Standard;	Da
18	Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere F3.4	- original - confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului.	Da
19	Instrucțiunea de utilizare a produsului într-o limbă de circulație internațională (engleză sau rusă), inclusiv traducerea în limba de stat	- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului;	Da
20	Extras din registrul de stat a dispozitivelor medicale sau declarație prin care se obligă să înregistreze dispozitivul medical pînă la prima livrare.	Extras din registrul de stat a dispozitivelor medicale (copie) sau declarație prin care se obligă să înregistreze dispozitivul medical pînă la prima livrare.	Da
21	Descrierea tehnică detaliată a bunurilor oferite într-o limbă de circulație internațională (engleză sau rusă), inclusiv traducerea în limba de stat.	- copie - confirmată prin semnătura și ștampila Participantului;	Da
22	Declarație sau certificat de la producător ce atestă pregătirea specialiștilor pentru întreținerea tehnică a instrumentarului oferit în custodie.	- copie - confirmat prin ștampila și semnătura participantului	Da
23	Declarație prin care se obligă că tehnica oferită în custodie să fie deservită în termen de 20 zile lucrătoare de la solicitare.	- original - confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului.	Da
24	Declarație prin care ofertantul se obligă să ofere gratuit seturi compatibile în custodie și să le deservească în termen de 10 zile de la solicitare	-original - confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului.	Da
25	În timp de 5 zile operatorul economic/ofertantul trebuie să prezinte mostre pentru pozițiile indicate la solicitarea autorității contractante.	În timp de 5 zile operatorul economic/ofertantul trebuie să prezinte mostre pentru pozițiile indicate la solicitarea autorității contractante.	Da
26	Operatorul desemnat cîștigător trebuie să ofere gratuit în folosință (custodie) seturi de instrumente compatibile cu implanturile livrate pe toată per	Operatorul desemnat cîștigător trebuie să ofere gratuit în folosință (custodie) seturi de instrumente compatibile cu implanturile livrate pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimului implant existent în stocul spitalului.	Da
27	Instrumentele și implantele să fie în trusa de sterilizare speciala cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea.	Instrumentele și implantele să fie în trusa de sterilizare speciala cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea.	Da
28	Cerințe obligatorii de respectat:	1.Ofertantul trebuie să prezinte gratuit broșuri cu prezentarea implantelor. 2. Materialul trebuie să corespundă cerințelor: implantele medicale să fie din aliaj de titan Ti – 6Al – 4V, aliaj din Vitallium – 65% cobalt, 30% chromium, 5% molybdenum, polimer biocompatibil PEEK (polieter-etercetona). 3. Suport educațional pentru chirurghi în centre de referință ale producătorului.	Da
29	Declarație prin care operatorul economic se obligă să dispună de un stoc de 30% din totalul dispozitivelor medicale contractate.	- original - confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului.	Da

**Informație Suplimentară:**

Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerințele documentelor de licitație la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorității contractante: **Agentia Medicamentului și Dispozitivelor Medicale**

Adresa: **Korolenko 2/1, Chisinau**

Tel.: **022 884348 022 884325** , Fax: **022 884355** , E-mail: **office@amed.md**

Numele și funcția persoanei responsabile: **ANTOCI IVAN, Vicedirector**

**Setul de documente** poate fi procurat la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant) și confirmarea achitării nerambursabile a sumei de 200.00 lei pentru fiecare set. Plata se efectuează în numerar sau prin transfer în adresa autorității contractante, cu nota "Pentru setul documentelor de licitație", conform următoarelor detalii:

Beneficiarul plății: **Agentia Medicamentului și Dispozitivelor Medicale**

Denumirea Băncii: **Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat**

Codul fiscal: **1006601004002**

Contul de decontare/trezoreria: **MD13TRPAAA142310B010**

Contul bancar: **33114001**

Lipsa cererii de participare și neachitarea taxei pentru documentele de licitație lipsesc operatorul economic de dreptul de a depune oferta în cadrul procedurii respective de achiziție.

**NOTĂ:** Cerința dată NU se referă la ofertanții care s-au înregistrat la procedură și au accesat documentele în cadrul SIA Registrul de Stat al Achizițiilor Publice.

**Întocmirea ofertelor:**

Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilate și ștampilate, urmează a fi prezentate

până la: **29.07.2016 10:00**

pe adresa: **Korolenko 2/1, Chisinau, bloc C, et.1, ghișeul unic**

Ofertele întârziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: **60 zile**

Ofertele vor fi deschise în prezența fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al autorității contractante și a reprezentanților Participanților la licitație

la: **29.07.2016 10:00**

pe adresa: **Korolenko 2/1, Chisinau, bloc C, et.1, sala de ședință**

**Garanția pentru ofertă:**

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în formă de

**Garanție bancară**

**Garanție prin transfer**

în valoare de **2%**

Contractul intră sub incidența Acordului OMC - Nu

**Conținutul prezentei Invitații este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat "REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE". Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Invitației, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.**

Conducătorul grupului de lucru:

ANTOCI IVAN \_\_\_\_\_